

## 仕様書

1 品目及び数量	
多用途透析用監視装置 DCS-200Si RWF	1式
※オフラインHDF対応(補液荷重計ヒーターユニット)	
血流量モニター(BV計)	1式
ダイアライザーホルダ DLC-05	1個
ナースコール	1個
余液受 DLC-01	1個
試運転調整費	1式
補液荷重計ヒーターユニット	1式
※FuturenNetWEB + 接続費含む	
※既存装置撤去及び下取り含む	

### 2 納搬入、設置条件及び調整等に関すること

- (1)納入に係る一切の費用については、落札者の負担とする。  
(設置に係る工事費)
- (2)納入機器は当院が指定する院内の場所に搬入、調整し、転倒防止策を講じた上、納品すること。  
また、搬入、納品を行う際は、当院の希望に沿うように日程調整を行うこと。
- (3)電気を使用する機器については、電気容量、入力電圧、漏電対策を当院と事前に相談して必要な措置を講ずること。

### 3 保守体制に関すること

- (1)当院から要請があった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。
- (2)納品から1年間は機器が正常に稼働するために必要な保守、点検(定期交換部品を含む)を無償で行うこと。
- (3)機器の部品は準備し、適正な価格で提供すること。

### 4 その他

- (1)稼働にあたり、落札者の負担において当院に操作説明員を派遣し、教育訓練を行うこと。  
また、その後必要に応じて派遣または電話の対応等の体制を確保すること。
- (2)本仕様に明記されていない事項であっても、本機器の運用上必要な事項は、怠りなく装備あるいは施工し、疑義については当院と協議し、その指示に従うこと。