

別紙5 管理物品一覧

位置	位置	配置箇所	品名	規格等	数	機器名称等	備考
zoneA1階	S棟1階	エントランス	パンフレットスタンド	794×420×1540mm程度	1	3列8段	
zoneA1階	S棟1階	エントランス	ロビーチェア	1500×550×640mm程度	2		
zoneA1階	S棟1階	応接室	ソファークセット	1870×780×740mm程度	1	3人掛け	
zoneA1階	S棟1階	応接室	ソファークセット	830×780×740mm程度	2	1人掛け	
zoneA1階	S棟1階	応接室	応接テーブル	1200×600×430mm程度	1		
zoneA1階	S棟1階	管理事務室	シュレッダー	540×388×975mm程度	1	28枚裁断	
zoneA1階	S棟1階	管理事務室	食器棚	900×464×1920mm程度	1		
zoneA1階	S棟1階	管理事務室	金庫	463×523×669mm程度	1	耐火 容量510程度	
zoneA1階	S棟1階	管理事務室	二重書庫	1840×940×2265mm程度、奥行450程度	1	2列	
zoneA1階	S棟1階	管理事務廊下	センター模型台	1200×1400×720mm程度	1		
zoneA1階	S棟1階	管理事務廊下1、2	AED	270×80×310mm程度	2		
zoneA1階	S棟1階	給湯コーナー1	食器棚	900×464×1920mm程度	1		
zoneA1階	S棟1階	施設長室	机	1600×800×700mm程度	1	両袖	
zoneA1階	S棟1階	施設長室	椅子	665×705×1180mm程度	1		
zoneA1階	S棟1階	施設長室	書棚	900×450×800mm程度	1		
zoneA1階	S棟1階	施設長室	サイドボード	1800×450×700mm程度	1		
zoneA1階	S棟1階	特別室	机	1600×800×700mm程度	1	両袖	
zoneA1階	S棟1階	特別室	椅子	665×705×1180mm程度	1		
zoneA1階	S棟1階	特別室	書棚	900×450×800mm程度	1		
zoneA1階	S棟1階	特別室	サイドボード	1800×450×700mm程度	1		
zoneA1階	S棟1階	特別室	ソファークセット	640×670×770mm程度	2	1人掛け	
zoneA1階	S棟1階	ミーティングラウンジ	丸テーブル	φ1200×700mm程度	5		
zoneA2階	S棟2階	研修倉庫2	プロジェクター	明るさ:3000lm以上、解像度:WXGA(1280×800)	1		
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	輸液ポンプ	TE261C	4	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	シリンジポンプ	TE-351	4	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	ベッドサイドモニター	ディスプレイ10.4型	2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	経管栄養シミュレータ	成人男性胴体部モデル	2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	吸引シミュレータ	成人男性胸部モデル	2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	装着式上腕筋肉注射シミュレータ	成人実物大	4	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	臀部筋肉注射練習用モデル	成人女子臀部形状	4	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	採血・静注シミュレータ	成人実物大	4	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	点滴静脈シミュレータ	腕モデル	4	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	CVC穿刺挿入シミュレータ	成人胸部モデル	2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	中心静脈栄養チューブ管理シミュレータ	成人胸部モデル	2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	AEDトレーニングモデル	全身モデル	2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	困難気道症例トレーニングモデル	成人男性頭胸部モデル	2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	動脈採血シミュレータ	循環ポンプを含む	2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	手洗いトレーニング		2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	トレーニング用AED		2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	縫合手技評価シミュレータ	ノートPC付き	1	貸出対象	

位置	位置	配置箇所	品名	規格等	数	機器名称等	備考
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	胸腔穿刺シミュレータ	成人胸部モデル	1	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	腰椎・硬膜外穿刺シミュレータ	成人腰部モデル	1	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	硬膜外麻酔シミュレータ	成人男性胴体部モデル	1	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	前立腺触診シミュレータ	成人男性腎部モデル	1	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	乳癌触診モデル	成人女性乳房部モデル	1	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	乳児気道管理トレーナ		1	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	新生児気道管理トレーナ		1	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	実習用保育器		1	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	除細動器	モニタ機能付き	2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	内視鏡トレーニングボックス	モニタ、内視鏡用剪刀1、剥離鉗子2、持針器2含む	1	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	実習用人工呼吸器	SERVO-S	1		
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	心電計	FCP-8600	1		
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	新生児蘇生モデル		1		
zoneA2階	S棟2階	研修保管室1	新生児バイタルサインモデル		1		
zoneA2階	S棟2階	研修保管室6	スクリーン	2197×340×2515mm程度	1	開帳サイズ100インチ	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室6	スクリーン	2197×340×2515mm程度	1	開帳サイズ100インチ	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室6	スクリーン	2197×340×2515mm程度	1	開帳サイズ100インチ	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室6	電動ベッド	マットレス、オーバーベッドテーブル、サイドレール含む	2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室6	万能型実習モデル	成人女性全身モデル	2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室6	フィジカルアセスメントトレーニングモデル	成人女性全身モデル	2	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室6	高機能患者シミュレータ	成人タイプ	1	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室6	高機能患者シミュレータ	乳児タイプ	1	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室6	モニター	高機能患者シミュレーター用	1	貸出対象	
zoneA2階	S棟2階	研修保管室6	標準ベッド	マットレス、オーバーベッドテーブル、サイドレール含む	2		
zoneA2階	S棟2階	大研修室	スクリーン	2197×340×2515mm程度	1	開帳サイズ100インチ	
zoneB1階	S棟1階	アンギオハイブリッド模擬手術室	動物用モタ(動物用麻酔器・呼吸器含む)	12.1インチモニタ、心電図、呼吸曲線、親血血圧波形、脈波、CO2分圧曲線、O2濃度、揮発性麻酔薬濃度の波形表示可能	2		
zoneB1階	S棟1階	アンギオハイブリッド模擬手術室	血管造影X線診断装置	FPD 12×15インチ以上のもの	1	貸出対象	
zoneB1階	S棟1階	アンギオハイブリッド模擬手術室	超音波ｽｽ(超音波吸引器)	組織選択性有、先端チップ取替え可能	1	貸出対象	
zoneB1階	S棟1階	アンギオハイブリッド模擬手術室	内視鏡装置	フルHD対応、5.4mm径以下のビデオスコープ有	1	貸出対象	
zoneB1階	S棟1階	アンギオハイブリッド模擬手術室	高周波手術装置	切開、凝固、組織癒着に対応可。安全対策システム有	2		
zoneB1階	S棟1階	アンギオハイブリッド模擬手術室	IVUSシステム一式	撮影した血管内くう面積を測定可能なソフトウェア有	1		
zoneB1階	S棟1階	アンギオハイブリッド模擬手術室	X線防護衣	Mサイズ	8		
zoneB1階	S棟1階	アンギオハイブリッド模擬手術室	X線防護衣	Lサイズ	6		
zoneB1階	S棟1階	アンギオハイブリッド模擬手術室	X線防護衣	LLサイズ	6		
zoneB1階	S棟1階	仮眠室	ソファベッド	2100×880(ベッド時:1000)×755mm程度	4		
zoneB1階	S棟1階	洗濯室	洗濯機	630×715×1020mm程度、ドラム式	2	容量10kg程度、乾燥容量6kg程度	
zoneB1階	S棟1階	洗濯室	乾燥機	634×680×499mm程度	2	容量5.0kg程度	
zoneB1階	S棟1階	中央監視室	マップケース	978×740×915mm程度	1	ベース、スタンド脚込み	
zoneB1階	S棟1階	滅菌洗浄室(アンギオハイブリッド模擬手術室)	ダストカー	664×646×920mm程度	2	容量236ℓ程度	
zoneB1階	S棟1階	滅菌洗浄室(アンギオハイブリッド模擬手術室)	システム流し台	2槽式混合栓、ウォーターガン・エアガン有	1		

位置	位置	配置箇所	品名	規格等	数	機器名称等	備考
zoneB1階	S棟1階	滅菌洗浄室(アンギオハイブリッド模擬手術室)	システム作業台	ステンレス製、1,200(W)×660(D)×850(H)mm程度	1		
zoneB1階	S棟1階	滅菌洗浄室(アンギオハイブリッド模擬手術室)	自動ジェット式超音波洗浄装置	546(W)×560(D)×461(H)mm(内寸)程度、排気設備不要	1	貸出対象	
zoneB1階	S棟1階	滅菌洗浄室(アンギオハイブリッド模擬手術室)	高圧蒸気滅菌装置	500(W)×900(D)×500(H)mm(内寸)程度	1	貸出対象、片屏型	
zoneB1階	S棟1階	滅菌洗浄室(模擬手術室)	システム流し台	2槽式混合栓、ウォーターガン・エアガン有	1		
zoneB1階	S棟1階	滅菌洗浄室(模擬手術室)	自動ジェット式超音波洗浄装置	546(W)×560(D)×461(H)mm(内寸)程度、排気設備不要	1	貸出対象	
zoneB1階	S棟1階	滅菌洗浄室(模擬手術室)	高圧蒸気滅菌装置	500(W)×900(D)×500(H)mm(内寸)程度	1	貸出対象、片屏型	
zoneB1階	S棟1階	模擬手術室	薬品棚保管庫ユニット		1		
zoneB1階	S棟1階	模擬手術室	動物用モニタ(動物用麻酔器・呼吸器含む)	12.1インチモニタ、心電図、呼吸曲線、観血圧波形、脈波、CO2分圧曲線、O2濃度、揮発性麻酔薬濃度の波形表示可能	2		
zoneB1階	S棟1階	模擬手術室	手術台	電動油圧式、耐荷重250kg	2		
zoneB1階	S棟1階	模擬手術室	高周波手術装置	切開、凝固、組織癒着に対応可。安全対策システム有	2	貸出対象	
zoneB1階	S棟1階	模擬手術室	C7アーム	100万画素以上、金属類によるハレーション自動抑制機能有	1	貸出対象	
zoneB1階	S棟1階	模擬手術室	C7アーム		1	貸出対象	
zoneB1階	S棟1階	模擬手術室	血液ガス分析装置	70μLの血液で分析が可能	1		
zoneB1階	S棟1階	模擬手術室	無影灯	照度85,000Lux以上、LED寿命40,000時間以上	2		
zoneB1階	S棟1階	模擬手術前室B	手指洗浄消毒器	液体洗剤、混合栓、ハンドドライヤー、消毒用アルコール噴霧器有	1		
zoneB1階	S棟1階	器材保管室	移動処置台	1200×600×800mm程度	1	耐荷重棚板150kg	
zoneB1階	S棟1階	模擬手術室	手術台	電動油圧式	2	耐荷重250kg	
zoneB2階	S棟1階	アンギオハイブリッド模擬手術室	ハンガー	X線防護衣用	2		
zoneC1階	E棟1階	MRI室	MRI	1.5T 静音タイプ	1		
zoneC1階	E棟1階	飼育更衣室M	ダストカー	664×646×920mm程度	1	容量236ℓ程度	
zoneC1階	E棟1階	飼育更衣室W	ダストカー	664×646×920mm程度	1	容量236ℓ程度	
zoneC1階	E棟1階	飼育洗浄室	高圧蒸気滅菌装置	880(W)×1,600(D)×1,800(H)mm(内寸)程度	1	両屏型	
zoneC1階	E棟1階	飼育洗浄室	ラックワッシャー	880(W)×1,600(D)×1,800(H)mm(内寸)程度	1	両屏型	
zoneC1階	E棟1階	飼育洗浄室	深水槽流し台	内寸1,580(W)×750(D)×750(D)程度、混合栓有	1		
zoneC1階	E棟1階	飼育洗浄室	浅水槽流し台	内寸1,080(W)×750(D)×250(D)程度、混合栓有	1		
zoneC1階	E棟1階	動物飼育室1	ミニブタケージ	873(W)×1,550(D)×1,800(H)mm程度	12	ブタベン型ケージ可動型・給仕器付	
zoneC1階	E棟1階	動物飼育室2	ミニブタケージ	873(W)×1,550(D)×1,800(H)mm程度	8	ブタベン型ケージ可動型・給仕器付	
zoneC1階	E棟1階	動物飼育室3	ミニブタケージ	873(W)×1,550(D)×1,800(H)mm程度	4	ブタベン型ケージ可動型・給仕器付	
zoneC1階	E棟1階	動物飼育室4	ミニブタケージ	873(W)×1,550(D)×1,800(H)mm程度	4	ブタベン型ケージ可動型・給仕器付	
zoneC1階	E棟1階	動物飼育室6	ミニブタケージ	873(W)×1,550(D)×1,800(H)mm程度	19	ブタベン型ケージ可動型・給仕器付	
zoneC1階	E棟1階	動物飼育室7(隔離飼育室)	ミニブタケージ	873(W)×1,550(D)×1,800(H)mm程度	11	ブタベン型ケージ可動型・給仕器付	
zoneC1階	E棟1階	動物飼育室8(模擬用飼育室)	ミニブタケージ	873(W)×1,550(D)×1,800(H)mm程度	15	ブタベン型ケージ可動型・給仕器付	
zoneC2階	E棟2階	アンギオ前室	手指洗浄消毒器	液体洗剤、混合栓、ハンドドライヤー、消毒用アルコール噴霧器有	1		
zoneC2階	E棟2階	アンギオハイブリッド手術室	動物用モニタ(動物用麻酔器・呼吸器含む)	12.1インチモニタ、心電図、呼吸曲線、観血圧波形、脈波、CO2分圧曲線、O2濃度、揮発性麻酔薬濃度の波形表示可能	1		
zoneC2階	E棟2階	アンギオハイブリッド手術室	血管造影X線診断装置	FPD 7×7インチ以上のもの	1		
zoneC2階	E棟2階	アンギオハイブリッド手術室	超音波メス(超音波吸引器)	組織選択性有、先端チップ取替え可能	1		
zoneC2階	E棟2階	アンギオハイブリッド手術室	体温管理装置	温度切り替え可能、異常温度を検知可能	1		
zoneC2階	E棟2階	アンギオハイブリッド手術室	動物用モニタ	12.1インチモニタ	1		
zoneC2階	E棟2階	アンギオハイブリッド手術室	器械台	油圧昇降式	2	耐荷重60kg	
zoneC2階	E棟2階	回復室	ミニブタケージ	873(W)×1,550(D)×1,800(H)mm程度	13	ブタベン型ケージ可動型・給仕器付	

位置	位置	配置箇所	品名	規格等	数	機器名称等	備考
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	一般外科用鋼製小物	ペアン鉗子25本、コッヘル鉗子10本、他一式	1		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	一般外科用鋼製小物	ペアン鉗子25本、コッヘル鉗子10本、他一式	1		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	高圧蒸気滅菌装置	660(W)×1,200(D)×1,000(H)mm(内寸)程度	1	両屏型	
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	酸化エチレンガスカートリッジ式滅菌装置	500(W)×900(D)×500(H)mm(内寸)程度、カートリッジ式	1	片屏型	
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	システム流し台(ウォーターガン・エアガン)	2槽式混合栓、ウォーターガン・エアガン有	2		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	メディカルシーラー	印字機能有、バリデーション対応可能	2		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	自動ジェット式超音波洗浄装置	搬出入ベルトコンベア有	1		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	過酸化水素ガス滅菌装置	内腔を有する機器の滅菌対応、カートリッジ型	1		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	システム作業台	ステンレス製、1,500(W)×660(D)×850(H)mm程度	4		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	心臓外科用鋼製小物	開胸用メス5本、布鉗子10本、他一式	1		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	ミニメッツェンバウムシザーズ剪刀	内視鏡手術用鉗子	3		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	メッツェンバウムシザーズ剪刀	内視鏡手術用鉗子	3		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	メリーランド型剥離鉗子	内視鏡手術用鉗子	1		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	メリーランド型剥離鉗子(クロスカット)	内視鏡手術用鉗子	1		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	有窓ユニバーサル把持鉗子	内視鏡手術用鉗子	1		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	無外傷性剥離把持鉗子	内視鏡手術用鉗子	2		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	アリゲータ把持鉗子	内視鏡手術用鉗子	1		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	フルストクロウチェ把持鉗子	内視鏡手術用鉗子	2		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	トライアングルリトラクター	内視鏡手術用鉗子	1		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	一般外科用鋼製小物	ペアン鉗子25本、コッヘル鉗子10本、他一式	1		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	滅菌コンテナ	腐食耐性有、長期の滅菌有効期間有	1		
zoneC2階	E棟2階	共用器材組立滅菌室	心臓外科用鋼製小物	別年度購入品と混在、分別不可	1		
zoneC2階	E棟2階	手術室1	動物用麻酔器		2		
zoneC2階	E棟2階	手術室1	動物用モニタ	12.1インチモニタ	1		
zoneC2階	E棟2階	手術室2	手術台	電動油圧式、耐荷重250kg	2		
zoneC2階	E棟2階	手術室2	動物用モニタ(動物用麻酔器・呼吸器含む)	12.1インチモニタ、心電図、呼吸曲線、親血血圧波形、脈波、CO2分圧曲線、O2濃度、揮発性麻酔薬濃度の波形表示可能	2		
zoneC2階	E棟2階	手術室2	器械台	油圧昇降式	3	耐荷重60kg	
zoneC2階	E棟2階	手術前室1	手指洗浄消毒器	液体洗剤、混合栓、ハンドドライヤー、消毒用アルコール噴霧器有	1		
zoneC2階	E棟2階	手術前室2	手指洗浄消毒器	液体洗剤、混合栓、ハンドドライヤー、消毒用アルコール噴霧器有	1		
zoneC2階	E棟2階	設備機械室	RO水製造装置		1		
zoneC2階	E棟2階	洗浄滅菌室1	オープンラック	スチール製、1,217(W)×455(D)×1,827(H)mm程度	1		
zoneC2階	E棟2階	洗浄滅菌室1	自動ジェット式超音波洗浄装置	546(W)×560(D)×461(H)mm(内寸)程度、排気設備不要	1		
zoneC2階	E棟2階	洗浄滅菌室1	高圧蒸気滅菌装置	500(W)×900(D)×500(H)mm(内寸)程度	1	片屏型	
zoneC2階	E棟2階	洗浄滅菌室1	器械台	油圧昇降式	1	耐荷重60kg	
zoneC2階	E棟2階	洗浄滅菌室2	システム流し台	2槽式混合栓、ウォーターガン・エアガン有	1		
zoneC2階	E棟2階	洗浄滅菌室2	自動ジェット式超音波洗浄装置	546(W)×560(D)×461(H)mm(内寸)程度、排気設備不要	1		
zoneC2階	E棟2階	洗浄滅菌室3	高圧蒸気滅菌装置	500(W)×900(D)×500(H)mm(内寸)程度	1	片屏型	
zoneC2階	E棟2階	模擬手術室	高周波手術装置	切開、凝固、組織癒着に対応可。安全対策システム有	2		
zoneC2階	E棟2階	模擬手術室	内視鏡装置	フルHD対応、5.4mm径以下のビデオスコープ有	1		
zoneC2階	E棟2階	器材保管室	移動処置台	1200×600×800mm程度	1	耐荷重150kg	

位置	位置	配置箇所	品名	規格等	数	機器名称等	備考
zoneC2階	S棟2階	P2検査室	乾熱滅菌器	190℃以上に加熱可能、警報装置有	1		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室	安全キャビネット	class II タイプA2に準じる	2		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室	オートクレーブ	レコーダーによる経時的な温度変化確認可能	1		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室	中央実験台	1,800(W)×1,200(D)×850(H)mm程度	1		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室	フリーザー	内容積300L程度、-28℃まで冷却可能	1		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室	バイオクリーンベンチ	清浄度ISOクラス3、ガスバーナー有	1		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室	CO2インキュベーター	温度・湿度コントロール可能、乾熱滅菌機能有	1		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室	pHメーター	温度測定可能	1		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室	安全キャビネット		1		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室	バイオマルチクーラー		1		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室	CO2インキュベーター		1		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室前室	吸引ポンプ	ロータリー式吸引ポンプ、吸引圧-90kPa程度	1		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室前室	エンドキシン測定器	ミキシング、加温、測定可能	1		
zoneC2階	S棟2階	P2検査室前室	攪拌機	耐荷重2kg以上、500rpm以上で振とう可能	1		
zoneC2階	S棟2階	解剖室	解剖台	ラミナーフローユニット有、感染症防止対策有	3		
zoneC2階	S棟2階	解剖室	无影灯	照度85,000Lux以上、LED寿命40,000時間以上	1		
zoneC2階	S棟2階	解剖室	電動鋸	防水仕様、フィルターにより汚染防止対策可能	1		
zoneC2階	S棟2階	解剖室	吸引器	ロータリー式吸引ポンプ、吸引圧-90kPa以上	1		
zoneC2階	S棟2階	解剖室	フラッシュ型流し台	2,000(W)×750(D)×2,300(H)mm程度、上部ファン有	2		
zoneC2階	S棟2階	解剖室	強制排気流し台	2,000(W)×750(D)×950(H)mm程度、強制排気孔有	2		
zoneC2階	S棟2階	解剖室	臓器撮影装置	電動昇降可能、反射・透過照明有	1		
zoneC2階	S棟2階	解剖室	臓器はかり	デジタル式、最小目盛り5g以下	3		
zoneC2階	S棟2階	解剖室	臓器標本保管用真空包装器	消音機能付き真空ポンプ搭載	1		
zoneC2階	S棟2階	解剖室前室	ダストカー	664×646×920mm程度	1	容量236ℓ程度	
zoneC2階	S棟2階	鏡検室	バーチャルスライドスキャナ		1		
zoneC2階	S棟2階	休憩室	食器棚	900×464×1920mm程度	1		
zoneC2階	S棟2階	鏡検室	顕微鏡	LED光源及びカメラポート取り付けが可能	2		
zoneC2階	S棟2階	顕微鏡室	走査型電子顕微鏡	倍率×5～×300,000、加速電圧0.3～30kV、EDS付	1		
zoneC2階	S棟2階	顕微鏡室	倒立顕微鏡	位相差検鏡可能、モニターにて観察・記録可能	1		
zoneC2階	S棟2階	固定切出室	ホルマリン固定槽	2,000(W)×750(D)×950(H)mm程度、固定槽4槽	1		
zoneC2階	S棟2階	固定切出室	強制排気切出流し台	2,000(W)×750(D)×950(H)mm程度、強制排気孔有	2		
zoneC2階	S棟2階	細胞培養室	フリーザー	内容積740L程度、-80℃まで冷却可能	1		
zoneC2階	S棟2階	細胞培養室	マイクロプレート用吸光光度計	各種マイクロプレート対応、測定波長範囲200～1000nmの範囲以上	1		
zoneC2階	S棟2階	細胞培養室	超低温フリーザー	内容積500L程度、-85℃以下まで冷却可能	1		
zoneC2階	S棟2階	細胞培養室	CO2インキュベーター	温度・湿度コントロール可能、乾熱滅菌機能有	1		
zoneC2階	S棟2階	細胞培養室	実験台	1,800(W)×1,200(D)×850(H)mm程度	1		
zoneC2階	S棟2階	細胞培養室	分光光度計	測定波長範囲340～999nmの範囲以上	1	他システム連携可	
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	パーティクルカウンタ	3粒径の計測可能	1	他システム連携可	
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	pHメーター	温度測定可能	2		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	血液凝固測定装置	ドライ試薬方式、バーコード管理等可能	1		

位置	位置	配置箇所	品名	規格等	数	機器名称等	備考
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	血球分析装置	血液20項目測定可能	1	他システム連携可	
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	自動分析装置	27項目以上測定可能	1	他システム連携可	
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	遠心機	微量遠心チューブ24本以上同時高速遠心可能、各種ローターに取り替え可能	1		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	冷蔵庫(薬品保冷库)	内容量500L程度、扉開放等各種警報有	1		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	薬品棚	1,800(W)×450(D)×2,453(H)mm程度	3		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	サイト実験台	2,400(W)×750(D)×850(H)mm程度	3		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	ドラフトチャンバー	耐薬品性有、風速制御可能	1		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	製氷機	製氷能力100kg/日(20℃時)以上、24kg以上貯氷可能	1		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	インキュベーター	内容積80L程度、100℃まで保温可能	1		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	顕微鏡	血球観察程度の倍率、写真鏡筒接続可能	1		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	メディカルフリーザー	－20℃まで冷却可能、各種警報装置有	1		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	純水製造装置	製造能力120L/h以上、TOC値リアルタイム測定可能	1		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	全自動尿分析装置	測定項目12項目以上	1		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	浸透圧計	血清、血漿、尿の浸透圧測定可能	1		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	遠心機(マイクロチューブ用)	回転数1,500rpm以上、マイクロチューブ24本以上処理可能	1		
zoneC2階	S棟2階	生化学分析室	遠心機	微量遠心チューブ24本以上同時高速遠心可能、各種ローターに取り替え可能	1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	液体窒素保存容器		1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	ブタ運搬用アイソレーター		7		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	内視鏡脊椎手術トレーニング機器		2	SYNCHA脊椎内視鏡手術一式	
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	電子天秤		1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	保冷库 冷凍冷蔵庫		1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	低速冷却遠心機		1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	製氷機チップアイス		1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	自動セルカウンター		1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	中央実験台ポイントサービス		1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	サイド実験台ポイントサービス		1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	サイド実験台		2		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	イージーベット		1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	Direct-Q 3		1	純水製造装置	
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	シューズボックス		1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	サクションポンプ		1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	小型微量遠心機		1		
zoneC2階	S棟2階	洗浄室	サーマルロボ TR-3 α		1		
zoneC2階	S棟2階	染色室	自動染色装置	処理能力360枚/時間以上、同時染色可能	1		
zoneC2階	S棟2階	染色室	自動封入装置	処理能力420枚/時間以上、自動染色装置との接続可能	1		
zoneC2階	S棟2階	染色室	サイト実験台	2,400(W)×750(D)×850(H)mm程度	1		
zoneC2階	S棟2階	染色室	偏光顕微鏡		1		
zoneC2階	S棟2階	動物管理事務室	シュレッター	540×388×975mm程度	1		
zoneC2階	S棟2階	薄切室	滑走式マイクロトーム	自動マイクロ送り機能有、薄切厚送り設定可能	1		
zoneC2階	S棟2階	薄切室	垂直式マイクロトーム	タングステン刃有	1		

位置	位置	配置箇所	品名	規格等	数	機器名称等	備考
zoneC2階	S棟2階	薄切室	滑走式ミクロトーム		1		
zoneC2階	S棟2階	薄切室	パラフィン伸展器	温度設定可能範囲35～70℃の範囲以上	2		
zoneC2階	S棟2階	薄切室	パラフィン伸展器(湯浴式)	温度設定可能範囲5～70℃の範囲以上	2		
zoneC2階	S棟2階	薄切室	サイト実験台	2,400(W)×750(D)×850(H)mm程度	1		
zoneC2階	S棟2階	病理前室	スライドプリンター	水・アルコール・キシレン耐性の印字方法	1		
zoneC2階	S棟2階	病理前室	スライドプリンター	水・アルコール・キシレン耐性の印字方法	1		
zoneC2階	S棟2階	病理前室	研磨装置		1		
zoneC2階	S棟2階	病理前室	カセットプリンター	対薬品性印字方法	1		
zoneC2階	S棟2階	病理前室	流し台	1,800(W)×750(D)×850(H)mm程度	1		
zoneC2階	S棟2階	包埋室	自動固定包埋装置	同時処理カセット300個以上	1		
zoneC2階	S棟2階	包埋室	ブロック作製装置(加温部)	2.5L程度のパラフィン槽有、75℃まで加温可能	1		
zoneC2階	S棟2階	包埋室	ブロック作製装置(冷却部)	－10℃まで冷却可能な冷却板を有すること。	1		
zoneC2階	S棟2階	包埋室	冷蔵庫 ハイフリーザー	－20℃まで冷却可能、各種警報装置有	1		
zoneC2階	S棟2階	包埋室	薬用保冷库	内容積500L程度、扉開放等各種警報有	1		
zoneC2階	S棟2階	包埋室	パラフィン熔融器	内容積75L程度、温度設定可能範囲35～75℃の範囲以上	1		
zoneC2階	S棟2階	包埋室	ディープフリーザー	内容積236L程度、－150℃まで冷却可能	1		
zoneC2階	S棟2階	模擬動物処置室	冷蔵庫(薬用保冷库)	内容積500L程度、温度調整可能範囲2～14℃	1		
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	EMIテストレシーバ	周波数範囲：20Hz～26.5GHzの範囲以上、測定ポイント：30,000ポイント以上	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	EMI測定システム		1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	信号発生器	出力周波数範囲：9kHz～6GHzの範囲以上、出力レベル：+13dBm以上	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	プリアンプ1	周波数範囲：9kHz～1GHzの範囲以上、ゲイン：32dB以上、ノイズフィギュア：1.8dB TYP以下	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	プリアンプ2	周波数範囲：1～8GHzの範囲以上、ゲイン：42dB以上、ノイズフィギュア：1.8dB TYP以下	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	バイコニカルアンテナ	周波数範囲：30～300MHzの範囲以上、インピーダンス：50Ω以下	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	ログペリオディックアンテナ	周波数範囲：250MHz～2.4GHzの範囲以上、インピーダンス：50Ω以下	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	広帯域ホーンアンテナ	周波数範囲：1～10GHzの範囲以上、インピーダンス：50Ω以下	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	精密ダイポールアンテナ1	周波数範囲：30～300MHzの範囲以上	2	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	精密ダイポールアンテナ2	周波数範囲：300MHz～1GHzの範囲以上	2	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	送信アンテナマスト	NSA測定送信用アンテナ取り付け可能	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	ロッドアンテナ	周波数範囲：30Hz～50MHzの範囲以上、取付用三脚付属	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	RFセレクタ	周波数範囲：DC～18GHzの範囲以上、コネクタ：N型、SMA型	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	疑似電源回路網	周波数範囲：9kHz～30MHzzn範囲以上、耐電圧：240V、耐電流：32A以上	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	リレーユニット	疑似電源回路網相切替用	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	リモートケーブル	リレーユニット、疑似電源回路網接続用	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	インピーダンス安定化回路網1	周波数範囲：150kHz～30MHzの範囲以上、通信線：8線、cat3/cat5	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	インピーダンス安定化回路網2	周波数範囲：150KHz～30MHzの範囲以上、通信線：8線、Cat6	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	インピーダンス安定化回路網3	周波数範囲：150KHz～30MHzの範囲以上、通信線：8線 シールド線専用	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	インピーダンス安定化回路網4	周波数範囲：150KHz～30MHzの範囲以上、通信線：8線 シールド線専用	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	三相擬似電源回路網		1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	電磁界プローブ	周波数範囲：9kHz - 5GHz	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	コムジェネレータ1	周波数範囲：100KHz～30MHzの範囲以上、ステップサイズ：100kHz	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	

位置	位置	配置箇所	品名	規格等	数	機器名称等	備考
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	コムジェネレータ2	周波数範囲:1MHz～1.5GHzの範囲以上、ステップサイズ:1MHz	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	コムジェネレータ3	周波数範囲:50MHz～18GHzの範囲以上、ステップサイズ:1MHz	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	光インターフェース器	光－GPIBインターフェース	2	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	光ファイバーケーブル	光インターフェース器用、30m	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	測定台車	各種測定器搭載用	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	システムラック	各種測定器収納用	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	システムケーブル	測定に必要なRFケーブル及びGPIBケーブル	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	デスクトップPC	システムコントロール用、OS:windows7以上、各特性自動測定ソフトウェア	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	10m法電波暗室測定室	モニター	19インチ程度	1	放射／伝導エミッション測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	信号発生器	出力周波数範囲:9kHz～6GHzの範囲以上、出力レベル: +13dBm以上	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	パワーアンプ1	出力周波数範囲:80MHz～1GHzの範囲以上、出力レベルP1dB:500W以上、出力レベルPsat:530W以上 ハーマニック:－20dBc以下	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	パワーアンプ2	出力周波数範囲:1GHz～2GHzの範囲以上、出力レベルP1dB:100W以上、出力レベルPsat:115W以上 ハーマニック:－20dBc以下	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	パワーアンプ3	出力周波数範囲:1.8GHz～6GHzの範囲以上、出力レベルP1dB:100W以上、出力レベルPsat:130W以上 ハーマニック:－20dBc以下	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	方向性結合器1	周波数範囲:80MHz～1GHzの範囲以上	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	方向性結合器2	周波数範囲:800MHz～4GHzの範囲以上	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	方向性結合器3	周波数範囲:1.8GHz～6GHzの範囲以上	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	パワーアンプバンドセクタ	入力周波数範囲:DC～6GHzの範囲以上	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	パワーメータ	チャンネル数:2チャンネル	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	パワーセンサ	周波数範囲:9kHz～6GHzの範囲以上 入力範囲:－60～20dBm	2	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	ログペリオディックアンテナ	周波数範囲:75MHz～1.5GHzの範囲以上	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	スタックドログペリオディックアンテナ	周波数範囲:700MHz～9GHzの範囲以上	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	電界センサ	周波数範囲:100kHz～9.25GHzの範囲以上、ダイナミックレンジ:0.14～140V/m以上、分解能:0.01V/m以上	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	電界センサスタンド	電界センサ用スタンド・アダプタ	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	光インターフェース器	光－GPIBインターフェース	2	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	光ファイバーケーブル	光インターフェース器用、30m	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	システムラック	各種測定器収納用	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	システムケーブル	測定に必要なRFケーブル及びGPIBケーブル	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	デスクトップPC	システムコントロール用、OS:windows7以上、放射イミュニティ自動測定ソフトウェア	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	モニター	19インチ程度	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	インターフェース器	GPIB-USBインターフェース	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	スイッチユニット	直流及び交流の電圧／電流測定機能を有する。温度測定機能付き	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	マルチプレクサ	スイッチユニット用。20ch入力	1	放射イミュニティ測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	車載機器用イミュニティ試験機	ISO-7637-2-2004の要求を満足できる性能	1	車載機器 過渡サージ／電圧変動試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	トランジェントジェネレータ	ISO-7637-2-2004の要求を満足できる性能	1	車載機器 過渡サージ／電圧変動試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	パルス3a/3b検証ユニット	ISO-7637-2-2004の要求を満足できる性能	1	車載機器 過渡サージ／電圧変動試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	パワーアンプ	出力レンジ:－15V/60V,50A,三相200V	1	車載機器 過渡サージ／電圧変動試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	システムラック	各測定器収納用	1	車載機器 過渡サージ／電圧変動試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	デスクトップPC	システムコントロール用、OS:windows7以上 容量性放電/パルスイミュニティ試験用	1	車載機器 過渡サージ／電圧変動試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	3m法電波暗室測定室	モニター	19インチ程度	1	車載機器 過渡サージ／電圧変動試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	環境試験室(温湿度試験室)	恒温恒湿室	温度範囲:－40～80℃程度、湿度範囲:10～95%RH程度、内寸:4,000(W)×2,100(H)×D1,900(D)mm程度	1		

位置	位置	配置箇所	品名	規格等	数	機器名称等	備考
zoneD1階	W棟1階	環境試験室(温湿度試験室)	恒温恒湿槽	温度範囲:-40～100℃程度、湿度範囲:20～95%RH程度、内容量:800L程度	2		
zoneD1階	W棟1階	環境試験室(温湿度試験室)	作業台	1,800(W)×900(D)×740(H)mm程度	2		
zoneD1階	W棟1階	環境試験室1	複合振動試験装置	加振力:26kN以上、恒温恒湿槽(内容量1,000L程度、温度範囲-70～150℃程度、湿度範囲20～98%RH程度)	1		
zoneD1階	W棟1階	環境試験室1	落下試験機	最大積載量:80kg、落下高さ20～180cm	1		
zoneD1階	W棟1階	環境試験室1	作業台	1,800(W)×900(D)×740(H)mm程度	1		
zoneD1階	W棟1階	環境試験室1	梱包貨物圧縮試験装置	試験荷重:50kN	1		
zoneD1階	W棟1階	工作室1	耐水試験機(IPX1～X2)対応	滴下槽タンク寸法:1,000(L)×500(D)mm程度、ターンテーブル径:1,000mm程度	1		
zoneD1階	W棟1階	工作室1	耐水試験機(IPX3～X4)対応	オンレーティングチューブ径:200～1200mm	1		
zoneD1階	W棟1階	工作室1	耐水試験機(IPX5～X6)対応	ノズル径:6.3mm(IPX5)、12.5mm(IPX6)	1		
zoneD1階	W棟1階	工作室1	耐水試験機(IPX7)対応	試験槽直径:500mm程度、試験槽高さ:1,000mm程度	1		
zoneD1階	W棟1階	工作室1	ファインカッター	標準切断能力:45mm程度	1		
zoneD1階	W棟1階	工作室1	フライス盤	各軸移動量:800mm(左右)、350(奥行)、500(上下)	1		
zoneD1階	W棟1階	ゴミ庫1	ダストカー	664×646×920mm程度	4	容量236ℓ程度	
zoneD1階	W棟1階	ゴミ庫2	ダストカー	664×646×920mm程度	4	容量236ℓ程度	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	絶縁トランス	2kVA以上、キャスタ付属	1		
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	電源環境シミュレータ	電源容量:12kVA、単相三相出力切替装置付き	1	電源高調波、フリッカ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	インターフェースボード	電源高調波試験用	1	電源高調波、フリッカ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	外部入力モジュール	電源高調波試験用	1	電源高調波、フリッカ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	リファレンスインピーダンスネットワーク	電源高調波試験用、4kVA入出力ユニット付き	1	電源高調波、フリッカ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	プレジジョンパワーアナライザ	電源容量:2kVAブースタ、電流及び電圧モニターケーブル付属	1	電源高調波、フリッカ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	測定台車	各種測定器搭載用	1	電源高調波、フリッカ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	システムラック	各種測定器収納用	1	電源高調波、フリッカ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	システムケーブル	測定に必要となるRFケーブル及びGPIOケーブル	1	電源高調波、フリッカ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	デスクトップPC	システムコントロール用、OS:windows7以上	1	電源高調波、フリッカ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	モニター	19インチ程度	1	電源高調波、フリッカ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	静電気発生器	最大放電電圧:30kV以上	1	静電気試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	付帯設備	垂直結合板×1、静電気試験機×1、静電気ブラシ・バンド×1、静電気スタンド×1	1	静電気試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	複合イミューニティ試験	信号発生部周波数範囲:9kHz～1GHzの範囲以上、パワーメータ部周波数範囲:9kHz～1GHz以上 パワーアンプ部周波数範囲:150kHz～230MHz以上	1	伝導イミューニティ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	アッテネータ	周波数範囲:150kHz～230MHzの範囲以上、減衰量:6dB、耐電力:75W以上	1	伝導イミューニティ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	EMクランプ	周波数範囲:10kHz～1GHzの範囲以上	1	伝導イミューニティ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	補助クランプ	周波数範囲:10kHz～1GHzの範囲以上	1	伝導イミューニティ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	電流プローブ	周波数範囲:9kHz～200MHzの範囲以上、穴径:25mm程度	1	伝導イミューニティ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	測定台車	各種測定器収納用	1	伝導イミューニティ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	システムケーブル	測定に必要となるRFケーブル及びGPIOケーブル	1	伝導イミューニティ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	デスクトップPC	システムコントロール用、OS:windows7以上、伝導イミューニティ試験用ソフトウェア	1	伝導イミューニティ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	モニター	19インチ程度	1	伝導イミューニティ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	インターフェース器	GPIO-USBインターフェース	1	伝導イミューニティ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	インターフェース器	GPIO-RS232インターフェース	1	伝導イミューニティ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	近接磁界イミューニティシステム		1	近接磁界イミューニティ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	放射イミューニティ試験用RFパワーアンプ	周波数範囲:80MHz～1GHzの範囲以上	1		

位置	位置	配置箇所	品名	規格等	数	機器名称等	備考
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	複合試験機	パルス・イミューニティ・シミュレータ用、ショートカレント、電圧波形プローブ、電流波形プローブ付属※電源周波数磁界試験と共用	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	CDN	三相 480V、32A	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	校正アダプタ	EFT／バースト試験CDN校正用	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	校正キャパシター	サージ試験用	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	校正セット	EFT／バースト試験用	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	カップリングクランプ	EFT／バースト試験用	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	セイフティーカバー	カップリングクランプ用	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	校正セット	カップリングクランプ校正用	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	CDN1	ケーブルタイプ:1または2 ツイストペア	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	CDN2	2kVサージ、非シールド、データライン用	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	デスクトップPC	システムコントロール用、OS:windows7以上、EFT／バースト試験自動測定ソフトウェア※電源周波数磁界試験と共用	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	モニター	19インチ程度 ※電源周波数磁界試験と共用	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	ラックマウントブラケット	各測定機器固定用 ※電源周波数磁界試験と共用	1	EFT／バースト、サージ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	磁界発生器	IEC6100-4-8の要求を満足できる性能	1	電源主周波数磁界試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	磁界ループ	IEC6100-4-8の要求を満足できる性能	1	電源主周波数磁界試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	デジタルマルチメータ	表示桁数:6 1/2桁以上	1	電源主周波数磁界試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	ガウスメータ	3軸コイル式	1	電源主周波数磁界試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	電源環境シミュレータ	電源容量:三相単相12kVA	1	電源ディップ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	電圧ディップシミュレータ	IEC6100-4-11の要求を満足できる性能	1	電源ディップ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	三相電圧ディップ	IEC6100-4-11の要求を満足できる性能	1	電源ディップ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	低周波イミューニティソフトウェア	IEC6100-4-11の要求を満足できる性能	1	電源ディップ試験測定構成機器	
zoneD1階	W棟1階	シールドブース内	電気メステスタ		1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	シールドブース	電気性能:IEEE STD-299を満たすシールド性能	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	耐除細動試験機	試験電圧:0～5,000Vの範囲以上、印加サイクル:1パルス/20秒程度	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	高周波電磁界測定器		1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	オンロスコープ	バンド幅:400MHz～4GHzの範囲以上	2		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	パワーハイテスタ	電圧レンジ:15～600V程度、電流レンジ:1mA～50A程度、周波数帯:1Hz～100kHzの範囲以上	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	保護導通試験機	交流4端子抵抗測定機能、設定電流範囲:AC 3～31A以上、電圧測定範囲:0～6Vの範囲以上	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	耐圧試験器	出力電圧:AC0.2～5kV程度、DC0.2～5kV程度、電流測定範囲:0.01～100mAの範囲以上	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	絶縁電圧調整器	出力電圧:AC0.2～5kV程度、DC0.2～5kV程度、電流測定範囲:0.01～100mAの範囲以上	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	デジタルマルチメータ	測定電圧範囲:0.6～1,000V(AC)程度、6～1,000V(DC)程度、測定電流範囲:6～10Aの範囲以上	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	交流安定化電源	最大電源出力:12kVA、三相単相切替機能付き	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	絶縁抵抗計	定格測定電圧:250/50、500/100、1000/2000(V/MΩ)	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	パワーアナライザ	電圧測定範囲:15～1000V程度、電流測定範囲:0.5～40A程度	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	LCRメータ	測定周波数:1mHz～100kHz程度、測定信号:10mVrms～5Vrms程度	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	電離箱式サーベイメータ	測定線種:X線、 γ 線、 β 線 測定範囲:1 μ Sv/h～300mSv/hの範囲以上	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	プログラマブルAC/DC電源	出力容量:AC3kVA、DC3kVA	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	プログラマブル交流電源	出力容量:9kVA、単相三相切替装置付属	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	ハンドヘルドマルチメータ	電圧分解能:0.001V(ac)程度、0.1mV(dc)程度 電流分解能:0.1 μ A以上	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	直流電源(多出力、安定化)	電圧範囲:0～80V程度、電流範囲:0～40.5A程度、最大電力:1.080W	2		

位置	位置	配置箇所	品名	規格等	数	機器名称等	備考
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	交流電子負荷装置	最大負荷電力:2kVA以上	3		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	恒温恒湿槽	温度範囲:-40～100℃程度、湿度範囲:20～95%RH程度、内容量:800L程度	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	保管棚	湿度調整範囲:20～50%RH程度 内寸:1,150(W)×1,500(H)×600(D)mm程度	1		
zoneD1階	W棟1階	電気試験室	作業台	1,800(W)×900(D)×740(H)mm程度	2		
zoneD1階	W棟1階	電源室	交流安定化電源	電源最大出力:12kVA、三相単相切替機能付	2		
zoneD1階	W棟1階	物性試験室	万能材料試験機	荷重:1kN程度	1		
zoneD1階	W棟1階	物性試験室	万能材料試験機	荷重:100kN程度	1		
zoneD1階	W棟1階	物性試験室	疲労試験機	荷重:1kNと10kN程度、JIS T0309対応可	1		
zoneD1階	W棟1階	物性試験室	作業台	1,800(W)×900(D)×740(H)mm程度	2		
zoneD1階	W棟1階	無響室	音圧測定システム	音圧測定用マイクロフォン、解析装置(入力チャンネル:8ch程度、BNC型)	1		
zoneD1階	W棟1階	無響室	音響測定システム		1		
zoneD1階	W棟1階	無響室	マイクロホン		4		
zoneD1階	W棟1階	無響室	交流安定化電源	最大電源出力:9kVA、三相単相切替機能付	1		
zoneD1階	W棟1階	無響室	流し台	洗浄槽寸法:500(W)×400(D)×250(H)mm程度	1		
zoneD1階	W棟1階	無響室	デシケータ保管庫	内容積:50L程度、湿度範囲:0～50%RH程度	1		
zoneD2階	W棟2階	環境試験室2	作業台	1,800(W)×900(D)×740(H)mm程度	2		
zoneD2階	W棟2階	環境試験室2	照度計	測定範囲:0.01～299,900lxの範囲以上	1		
zoneD2階	W棟2階	環境試験室2	プッシュプルゲージ	定格容量:100N、分解能:0.01N/1gf、サンプリング周期:1ms～250ms	1		
zoneD2階	W棟2階	環境試験室2	規格別治具セット	IEC60601-1試験用治具(テストフィンガー、テストピン、衝撃試験球等)	1		
zoneD2階	W棟2階	環境試験室2	分銅一式	50kg×2、20kg・10kg・5kg各×2	1		
zoneD2階	W棟2階	環境試験室2	中量棚	1,800(W)×600(D)×1,800(H)mm程度	1	耐荷重棚板300kg	
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	ドラフトチャンバー	乾式スクラバー付、有機溶媒用	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	ドラフトチャンバー	湿式スクラバー付、酸・アルカリ用	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	2槽式流し台	1800(W)×750(D)×800(H)mm程度、2槽式	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	純水／超純水製造装置	製造能力60L/日程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	ドライシェルフ	758(W)×460(D)×1,600(H)mm程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	電子天秤	上皿天秤、測定範囲:0.1mg～220g程度	2		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	防振台(電子天秤用)	900(W)×750(D)×750(H)mm程度	2		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	中央実験台	3,600(W)×1,500(D)×800(H)mm程度	2		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	器具戸棚	1,800(W)×500(D)×2,400(H)mm程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	デシケータ保管庫	内容積:1,100L程度、湿度範囲:0～50%RH程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	薬品庫	710(W)×600(D)×800(H)mm程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	マッフル炉	最大温度:1150℃程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	乾燥機(器具用)	温度範囲:RT～70℃程度、内容積:400L程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	試料乾燥機	最大昇温範囲:200℃程度、内寸法:600(W)×600(D)×600(H)mm程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	遠心分離機	最大回転数:8,000rpm程度、最大遠心力:9,000G程度、最大容量2,000ml程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	pH計	導電率測定機能付属	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室1	卓上超音波洗浄器	内容積:9L以上、タイマー付属	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	液体クロマトグラフ／質量分析計	タンデム型四重極検出器、オートサンブラー付属	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	誘導結合プラズマ質量分析計	四重極型検出器、検出限度:ppt～ppb	1		

位置	位置	配置箇所	品名	規格等	数	機器名称等	備考
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	イオンクロマトグラフ	電気伝導度検出器、溶離液ジェネレータ付属	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	サイド実験台	1800(W)×750(D)×800(H)mm程度	6		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	流し台	1800(W)×750(D)×800(H)mm程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	保管棚	湿度調整範囲:20～50%RH程度 内寸:1,150(W)×1,500(H)×600(D)mm程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	ガスクロマトグラフ／質量分析計	四重極型検出器、熱分解装置	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	エネルギー分散型蛍光エックス線分析装置	測定範囲:Na～U、検出器:半導体検出器(液体窒素不使用)	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	フーリエ変換 赤外分光光度計	波数範囲:7,800～350cm ⁻¹ 以上、S/N比:35,000:1以上	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	紫外／可視 分光光度計	ダブルビーム方式 波長範囲:190～1,100nmの範囲以上	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	デシケータ保管棚	湿度調整範囲:20～50%RH程度 内寸:1,150(W)×1,500(H)×600(D)mm程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	自動試料導入装置		1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室2	冷蔵薬品庫	内容積:630L程度、温度範囲:2～23℃程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室3	試料切断機	標準切断能力:25mm程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室3	試料押込機	熱間埋込、半自動プレス	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室3	試料研磨装置	一軸卓上型、速度可変制御	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室3	試料乾燥機(エアドライヤー)	フットスイッチ方式、ヒーター出力:550W以上	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室3	試料乾燥器	最大昇温範囲:200℃程度 内寸法:600(W)×600(D)×600(H)mm程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室3	卓上ボール盤	主軸上下動:100mm程度、穴開け能力:16mm以上	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室3	卓上旋盤	センター間距離:600mm程度 ベッド上振り:300mm程度	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室3	工具類	スパナ、レンチ、ハンマー等	1		
zoneD2階	W棟2階	機器分析室4	サイド実験台	1800(W)×750(D)×800(H)mm程度	2		
zoneD2階	W棟2階	工作室2	耐圧試験機(IP5X～6X)	試験槽内寸:1,000(W)×1,000(D)×1,000mm(H)程度	1		
zoneD2階	W棟2階	構造解析室2	実体顕微鏡	総合倍率:3～300以上	1		
zoneD2階	W棟2階	構造解析室2	金属顕微鏡	明視野、暗視野、簡易偏光、微分干渉観察対応可	1		
zoneD2階	W棟2階	構造解析室2	デジタルマイクロスコープ	ズーム比:13.5(光学ズーム)、30(デジタルズーム)	1		
zoneD2階	W棟2階	構造解析室2	マイクロビッカース硬度計	試験力範囲:0.49～19,610mN程度	1		
zoneD2階	W棟2階	構造解析室2	表面粗さ・輪郭形状測定機	測定範囲:200mm(X軸)、8～800μm(Z軸)程度	1		
zoneD2階	W棟2階	構造解析室2	CNC画像処理装置	測定範囲:400(W)×400(D)×250(H)mm程度	1		
zoneD2階	W棟2階	文書保管室	文書保管棚	A4対応書庫 880(W)×400(D)×1,800(H)程度	2		
zoneD2階	W棟2階	環境試験室2	サーモグラフィー	測定温度範囲:-40～500℃の範囲以上	1		
zoneD2階	W棟2階	環境試験室2	メモリハイロガー	入力チャンネル数:50ch以上、電圧測定範囲:10mV～100V程度、 温度測定範囲:-200～2,000℃の範囲以上	1		